

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA

Resultado da Homologação

0001 - MONITOR MULTIPARÂMETROS-Especificação Técnica: Possui suporte p/ monitor; 5 parâmetros básicos-ecg/resp/spo2/pni/temp; tipo/ tamanho- pré configurado/de 10`` a 12`` - CMS9000 - Valor Referência: 17.565,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	CMS9000	3 Unidade	5.798,51	17.395,53	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0002 - BERÇO AQUECIDO-Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. - NEOSOLUTION - Valor Referência: 18.269,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P. VEZONO EIRELI	NEOSOLUTION	3 Unidade	15.700,00	47.100,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0003 - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL-Especificação Técnica: Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. - incubadora - Valor Referência: 35.400,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	incubadora	2 Unidade	34.450,00	68.900,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0004 - OXÍMETRO DE PULSO-Especificação Técnica: tipo portátil (de mão) com 1 sensor; - CMS60D - Valor Referência: 2.680,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	CMS60D	6 Unidade	889,99	5.339,94	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0005 - DETECTOR FETAL-Especificação Técnica: tipo portátil;tecnologia digital ;display-possui - SONOLINE - Valor Referência: 1.013,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0006 - APARELHO DE ANESTESIA-Especificação Técnica: prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). - TESIA 3000 - Valor Referência: 129.940,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	TESIA 3000	1 Unidade	70.290,00	70.290,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0007 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA)-Especificação Técnica : possui iluminação led; berço em acrílico(não possui); painel de controle microprocessado; ajuste de irradiância. - fototerapia - Valor Referência: 5.433,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	fototerapia	3 Unidade	5.174,00	15.522,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0008 - REANIMADOR PULMONAR EM T-Especificação Técnica: *Equipamento construído em caixa injetado, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil. - FANEM/ BABYPUFF - Valor Referência: 13.943,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	FANEM/ BABYPUFF	3 Unidade	8.000,00	24.000,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0009 - INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)-Especificação Técnica: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs - MILLENNIUM - Valor Referência: 28.619,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
G.P. VEZONO EIRELI	MILLENNIUM	2 Unidade	23.300,00	46.600,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0010 - CPAP-Especificação Técnica: configuração c/umidificador;c/compensação;c/máscara nasal - MONTERRAT - Valor Referência: 3.563,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



POLYMEDH.EIRELI	MONTERRAT	3 Unidade	2.686,00	8.058,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA
-----------------	-----------	-----------	----------	----------	---

0011 - MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI- Especificação Técnica: 5 parâmetros básicos- ecg/resp/spo2/pni/temp;possui suporte p/ monitor; pressão invasiva (pi)(não possui); capnografia / agentes anestésicos/índice de sedação anestésica- mét. aspir. de baixo fluxo:até 50ml/min / sem agentes anestésicos/sem índice de sedação anestésica; débito cardíaco(não possui); tipo/tamanho- estrutura mista ou modular/de 10`` a 12``. - SHENZHEN COMEN - STAR 8000E - Valor Referência: 20.893,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAGNA MÉDICA LTDA	SHENZHEN COMEN - STAR 8000E	3 Unidade	13.200,00	39.600,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0012 - POLTRONA HOSPITALAR- Especificação Técnica: mat. de confecção aço e ferro pintado; assento e encosto estofado courvin ;capacidade até 120kg;reclinação acionamento manual. - RS MOVEIS - Valor Referência: 1.354,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH.EIRELI	RS MOVEIS	3 Unidade	766,32	2.298,96	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0013 - CAMA PPP-Especificação Técnica: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama. - RS MOVEIS - Valor Referência: 6.487,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
POLYMEDH.EIRELI	RS MOVEIS	5 Unidade	3.831,60	19.158,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0014 - CARDIOTOCÓGRAFO- Especificação Técnica: portátil, c/impressora, gestação gemelar, c/suporte - STAR 5000 - Valor Referência: 24.428,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	STAR 5000	1 Unidade	7.990,00	7.990,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0015 - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO- Especificação Técnica: possui rodízios; cuna acrílico; estrutura aço / ferro pintado. - BÇ-UN03 - Valor Referência: 898,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME	BÇ-UN03	3 Unidade	635,00	1.905,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0016 - BANQUETA PARA PARTO VERTICAL- Especificação Técnica: composição polietileno - banqueta - Valor Referência: 588,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	banqueta	1 Unidade	400,00	400,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA

0017 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)- Especificação Técnica: possui reservatório; material de confecção silicone; aplicação/ infantil; possui válvula unidirecional. - INFANTIL - Valor Referência: 295,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	INFANTIL	3 Unidade	145,00	435,00	Homologado em 21/09/2022 16:23:17 Por: NAZIANNE BARBOSA PENA



NAZIANNE BARBOSA PENA

Autoridade Competente

