

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - Nº 012/2022-SRP/CPL-SEMSA

G.P. VEZONO EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 30.778.749/0001-25 - Endereço: Rua Martins Pena - CEP: 14080620 - UF: SP - Município: Ribeirão Preto - Telefone: (16) 3626-8196

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	BERÇO AQUECIDO-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO: FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.	NEOSOLUTION	GIGANTE RECEM NASCIDO	3 UND	R\$ 15.700,00	47.100,00



0009	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA)- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO; POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES; POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELO E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO, GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOLA DO TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO, SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4 POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO. POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS	MILLENNIUM	GIGANTE RECEM NASCIDO	2 UND	R\$ 23.300,00	46.600,00
------	---	------------	--------------------------	-------	---------------	-----------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 93.700,00

LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 42.650.279/0001-07 - Endereço: Rua Maria Doniak - CEP: 86087635 - UF: PR - Município: Londrina - Telefone: (43) 3334-3142

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	MONITOR MULTIPARÂMETROS- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; 5 PARÂMETROS BÁSICOS- ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO/ TAMANHO- PRÉ CONFIGURADO/DE 10" A 12"	CMS9000	CONTEC	3 UND	R\$ 5.798,51	17.395,53
0004	OXÍMETRO DE PULSO-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR;	CMS60D	CONTEC	6 UND	R\$ 889,99	5.339,94
0005	DETECTOR FETAL-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO PORTÁTIL;TECNOLOGIA DIGITAL ;DISPLAY-POSSUI	SONOLINE	CONTEC	1 UND	R\$ 390,00	390,00
0014	CARDIOTOCÓGRAFO- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE	STAR 5000	COMEN	1 UND	R\$ 7.990,00	7.990,00
0017	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI RESERVATÓRIO; MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE; APLICAÇÃO/ INFANTIL; POSSUI VÁLVULA UNIDIRECIONAL.	INFANTIL	FARMATEX	3 UND	R\$ 145,00	435,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 31.550,47

MAGNA MÉDICA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.922.811/0001-63 - Endereço: Rodovia João Paulo - CEP: 88.030-300 - UF: SC - Município: Florianópolis - Telefone: (48) 3334-9071

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0011	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 5 PARÂMETROS BÁSICOS- ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP;POSSUI SUPORTE P/ MONITOR; PRESSÃO INVASIVA (PI)(NÃO POSSUI); CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA- MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; DÉBITO CARDÍACO(NÃO POSSUI); TIPO/TAMANHO- ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12".	SHENZHEN COMEN - STAR 8000E	SHENZHEN COMEN - STAR 8000E	3 UND	R\$ 13.200,00	39.600,00
------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------	---------------	-----------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 39.600,00

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.075.280/0001-19 - Endereço: Avenida Zoroastro Artiaga - CEP: 74917196 - UF: GO - Município: Aparecida de Goiânia - Telefone: (62) 8148-7943

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	APARELHO DE ANESTESIA-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO NO MÍNIMO 02 COM TRAVAS. COM SISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÓMETRO COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COM MONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O). SISTEMA DE SEGURANÇA PARA INTERROMPER AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O, NA AUSÊNCIA DE O2; VAPORIZADOR DO TIPO CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO, PERMITIR ACOPLAMENTO DE O2 VAPORIZADORES E COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO (SE OFERTADO SISTEMA QUE PERMITE O ACOPLAMENTO PARA 01 VAPORIZADOR, DEVERÁ SER ENTREGUE SUPORTE PARA ACOPLAR O SEGUNDO VAPORIZADOR). SISTEMA DE CIRCUITO PACIENTE DE RÁPIDA MONTAGEM E DESMONTAGEM PELO OPERADOR E PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; TRAQUÉIAS, VÁLVULAS, CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS, CANISTER E SISTEMA DE ENTREGA DE VOLUME, AUTOCLAVÁVEIS; CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA; POSSIBILIDADE DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES; VÁLVULA APL GRADUADA; VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, COM DISPLAY LCD COM TELA COLORIDA. MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS: VENTILAÇÃO MANUAL; VENTILAÇÃO COM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM RESISTÊNCIA DO VENTILADOR; VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME E CICLADA A TEMPO (VCV); VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO E CICLADA A TEMPO (PCV); VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV).	TESIA 3000	NOVITECH	1 UND	R\$ 70.290,00	70.290,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 70.290,00

P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.606.575/0001-00 - Endereço: RUA PAES DE CARVALHO - CEP: 68742510 - UF: PA - Município: Castanhal - Telefone: (91) 3721-4278

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0003	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EQUIPAMENTO POSSUI CÚPULA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR. BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA CILINDROS DE GASES MEDICINAIS. PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DUPLAS; POSSUIR PORTINHAS COM MANGA PUNHO E GUARNIÇÕES AUTOCLAVÁVEIS EM SILICONE ATÓXICO; 1 PORTINHA TIPO IRIS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS. PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA, DEVE POSSUIR LEITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES QUE PERMITAM ADEQUADA ERGONOMIA PARA CINTOS DE SEGURANÇA EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE. DEVE POSSUIR COLCHÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÓXICO E AUTO-EXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PRENSADA E CAPA REMOVÍVEL. ENTRADA DE OXIGÊNIO SEM DESPEJO DE GÁS PARA A ATMOSFERA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ACOPLADA A SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FREIOS. UMIDIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ESPUMA SOB O LEITO. ILUMINAÇÃO AUXILIAR COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO. DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO. PAINEL DE CONTROLE DEVE PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLE DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA EM CARREGAMENTO, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA/BAIXA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO RN DESCONECTADO, HIPOTERMIA/HIPERTERMIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR.	incubadora	olidef/ olidef	2 UND	R\$ 34.450,00	68.900,00
0007	APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERICIA/NEONATOLOGIA)-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA :POSSUI ILUMINAÇÃO LED; BERÇO EM ACRÍLICO(NÃO POSSUÍ); PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO; AJUSTE DE IRRADIANCIA.	fototerapia	olidef / olidef	3 UND	R\$ 5.174,00	15.522,00
0016	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO POLIETILENO	banqueta	rs /rs moveis	1 UND	R\$ 400,00	400,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 84.822,00	

**POLYMEDH.EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 63.848.345/0001-10 - Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS
Nº 4547 - CEP: 68745000 - UF: PA - Município: Castanhal - Telefone: (91) 3721-3275**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0010	CPAP-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONFIGURAÇÃO C/UMIDIFICADOR;C/COMPENSAÇÃO;C/MÁSCARA NASAL	MONTSERRAT	MONTSERRAT	3 UND	R\$ 2.686,00	8.058,00
0012	POLTRONA HOSPITALAR- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MAT. DE CONFEÇÃO AÇO E FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN ;CAPACIDADE ATÉ 120KG;RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL.	RS MOVEIS	RS MOVEIS	3 UND	R\$ 766,32	2.298,96
0013	CAMA PPP-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LIQUÍDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	RS MOVEIS	RS MOVEIS	5 UND	R\$ 3.831,60	19.158,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 29.514,96	



UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.041.143/0001-11 - Endereço: JOVELINA MORGADO - CEP: 67200000 - UF: PA - Município: Marituba - Telefone: (91) 3256-1629

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0015	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRÍLICO; ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO.	BÇ-UN03	PRÓPRIA	3 UND	R\$ 635,00	1.905,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.905,00	

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.121.311/0001-16 - Endereço: Rua vinte e oito de setembro - CEP: 66.053-355 - UF: PA - Município: Belém - Telefone: (91) 3222-0129

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0008	REANIMADOR PULMONAR EM T- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: *EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADO, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, LIMITADO A PRESSÃO: COM MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS PREVIAMENTE DETERMINADOS. DEVE PERMITIR AJUSTAR OS CONTROLES DA PIP (PRESSÃO INSPIRATÓRIA) E DA PEEP (PRESSÃO POSITIVA NO FINAL DA EXPIRAÇÃO) E A PRESSÃO DE SEGURANÇA (PICO), OPERADO ATRAVÉS DE FONTES DE AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO. DEVE PERMITIR UM FLUXO CONTÍNUO, CONFORME O FLUXO DE ENTRADA. DEVE POSSUIR MANOVACUÔMETRO, VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESSÃO MÁXIMA DE ALÍVIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA, CONECTOR PARA ENTRADA DE GÁS E DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GÁS. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CIRCUITO DE PEÇA T, PULMÃO TESTE EM SILICONE LIVRE DE LÁTEX, MÁSCARA INFANTIL.	FANEM/ BABYPUFF	FANEM	3 UND	R\$ 8.000,00	24.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 24.000,00	

Valor Total: R\$ 375.382,43

