



TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

- 1-1. O objeto do presente termo de referência refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1), TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE e AUTOTESTE COVID-19 ANTÍGENO SARS-COV-2 NASAL** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri/PA.

2 - DA JUSTIFICATIVA

- 2.1- A aquisição dos materiais do referido objeto justifica-se pela necessidade dos atendimentos realizados e bom funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI/PA e seus PROGRAMAS.

3 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO

- 3.1- O referido objeto será entregue na área do município de Igarapé-Miri/PA, mediante programação e indicação estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA.

4 - DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
01	TESTE RÁPIDO INFLUENZA A+B (H1N1), Descrição: Imunoensaio cromatográfico para a detecção diferencial e qualitativa de antígenos do vírus da Influenza tipo A, tipo B e A(H1N1) diretamente de swab nasal/da garganta/nasofaríngeo ou espécimes de aspirado nasal/nasofaríngeo. Resultado em 15 minutos	UND	10.000
02	TESTE DE GRAVIDEZ - TIRA COM REAGENTE Descrição: Resultado em até 1 minuto; Pode ser usado com a urina de qualquer hora do dia; Método usado: tira com reagente (o mesmo usado pelos laboratórios de análises) com copo para coleta; Caneta-teste contém uma sílica e com sua largura de 5mm, possibilitando melhor manuseio; Mais de 99% de exatidão; Sensibilidade de 25mUI; Disponível em embalagem com: 1 Teste-caneta; 1 Folheto explicativo; O teste possui a mais baixa sensibilidade, sendo de apenas 25mUI, ou seja, com apenas 25 unidades de hormônio da gravidez hCG por mL de urina;	UND	7.500



03	TESTE RÁPIDO TOXOPLASMOSE Descrição: O Toxoplasmose IgG/IgM Rapid Test é um teste rápido imunocromatográfico qualitativo para detecção diferencial de anticorpos IgG e/ou IgM anti-toxoplasma Gondii (T. Gondii). Esse teste é utilizado no auxílio do diagnóstico presuntivo de infecção pelo T. Gondii fornecendo apenas um resultado preliminar. - Resultado em 15 minutos - Amostras: soro ou plasma	UND	10.000
04	AUTOTESTE COVID-19 ANTÍGENO SARS-COV-2 NASAL - MÉTODO NASOFARÍNGEO OU OROFARÍNGEO <ul style="list-style-type: none">• aprovado por laudo técnico;• Detecta o antígeno viral SARS-CoV-2 (detecta todas as mutações conhecidas);• Utiliza amostra de secreção extraída do esfregaço nasofaríngeo (nariz) ou orofaríngeo (garganta);• Tempo para resultado: 15 minutos;• Operação simples e individual (autoaplicação);• Precisão de >98%;• Registrado na Anvisa;• Possui alto índice de sensibilidade - Fácil e prático de usar ;	UND	1.000

5-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


A contratada receberá programação dos fornecimentos a serem realizados através da Ordem de Fornecimento emitida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;

Os casos e os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir as dúvidas;

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Igarapé-Miri, 04 de Maio de 2023.


MAURO BENEDITO PINHEIRO PANTOJA
GERENTE TÉCNICO EM SAÚDE
Portaria 323/2021/GAB/PMI

Mauro Benedito P. Pantoja
Gerente Técnico em Saúde
Port.: 323/2021 GAB/PMI